



INSTRUÇÃO DE COLHEITA

Recolha de urina de 24 horas: contém subs. Corrosiva

- Para Porfirinas (Coproporfirinas e Uroporfirinas)
- Para Porfobilinogénio

- Esvaziar totalmente a bexiga e rejeitar a urina (por exemplo às 8.00h)
- Recolher toda a urina a partir dessa hora até ao dia seguinte à mesma hora (neste exemplo às 8.00h do dia seguinte). O doente não deve urinar directamente para o recipiente fornecido pelo laboratório, pois contem substância corrosiva.
- Manter o recipiente (dentro de um saco preto) no frigorífico após cada recolha
- Após terminar a recolha levar a urina o mais rapidamente ao laboratório.

NOTA: A substância, que se encontra no interior do recipiente de colheita é um conservante. Não o rejeite e mantenha precauções porque o seu contacto com a pele ou mucosas pode causar queimaduras.

Para Porfirinas - Urina de 24 horas colhida sobre 5 g de carbonato de magnésio ou sódio

Para Porfobilinogénio - Urina de 24 horas colhida sobre 500uL de ác. acético glacial ou HCl concentrado